



**ВНИИМС**

**Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы»**

**(ФГУП «ВНИИМС»)**

119361, Москва, Озёрная ул., д.46,  
Тел.: (495) 437-55-77; факс: (495) 437-56-66  
E-mail: office@vniims.ru; https://www.vniims.ru  
ОКПО 02567478, ОГРН 1037700173598  
ИНН/КПП 7736042404/772901001

20.04.2021 № 208-18/103

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Г

Г

ВНИИМС провел экспертизу исходных данных и расчет температурных коэффициентов к измеренному объему газа по предоставленным Вами данным и подтверждает соответствие данных требованиям МИ 2721-2005.

Результаты расчетов коэффициентов на второе полугодие 2021 г., выполненных ВНИИМС в соответствии с МИ 2721-2005 для счетчиков газа, установленных вне помещений, представлены ниже:

Год	Месяц	Значения коэффициентов
2021	7	1,00
2021	8	1,00
2021	9	1,02
2021	10	1,04
2021	11	1,08
2021	12	1,10

Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с п. 26 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 549, при расчетах за газ следует использовать коэффициенты, утвержденные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Заместитель директора  
по производственной  
метрологии

Н.В. Иванникова